

Kardio Lunch

Herzzentrum

ESC Update Hypertonie Guidelines

Donnerstag, 20. September 2018



Referent: Dr. Thilo Burkard

Häufige Fehler bei der Blutdruckmessung und deren Einfluss

Abweichung vom Standard	Abweichung in mmHg
Einmalige Messung	mean + 8 mmHg
Arm nicht in Herzhöhe gelagert	ca. 1.6 mmHg pro cm Abweichung
Konversation während Messung	Bis zu 20% Anstieg systolisch/diastolisch
Liegend, halbliegend	ca. 8 mmHg systolisch
Falsche Manschettengrösse	Blutdruck wird überschätzt (10-50 mmHg)
Beine gekreuzt	mean + 2-8 mmHg systolisch